



平成27・01・23 評基第006号
平成27年7月3日

JCSS

登 録 証

大王電機株式会社 殿

計量法第143条第1項の規定に基づく校正事業者として登録します。

登録番号 0223

事業所の名称 大王電機株式会社 サービスセンター

所在地 兵庫県伊丹市北伊丹九丁目80番地1

登録に係る区分 電気(直流・低周波)

(詳細は別紙のとおり)

登録の有効期限 平成31年6月21日

平成27年7月3日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長 辰巳 敬





(別紙)

登録に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 20 年 11 月 6 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：直流・低周波測定器等 [平成 27 年 6 月 22 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分 の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)	
直流・低周波 測定器等	直流電圧測定装置	100 mV	3.0 μ V	
		1 V	0.010 mV	
		10 V	0.10 mV	
		100 V	1.0 mV	
		1 kV	10 mV	
	直流電流測定装置	1 mA	0.10 μ A	
		10 mA	1.0 μ A	
		100 mA	10 μ A	
		1 A	0.20 mA	
	直流抵抗測定装置	10 Ω	0.30 m Ω	
		100 Ω	2.0 m Ω	
		1 k Ω	20 m Ω	
		10 k Ω	0.20 Ω	
		100 k Ω	2.0 Ω	
	交流電圧測定装置	100 mV	1 kHz	0.020 mV
		1 V		0.10 mV
		10 V		1.0 mV
		100 V		10 mV
	交流電流測定装置	100 mA	60 Hz	0.030 mA