

校正・トレーサビリティ証明書

大王電機株式会社 殿

| | |
|--------|------------------|
| 貴社管理番号 | 大王-01 |
| 品名 | マルチファンクションジェネレータ |
| メーカー名 | 大王電機株式会社 |
| 型名 | AAAA |
| 製造番号 | 9094172 |
| 校正実施日 | 2012年10月9日 |

上記製品は、品質保証国際規格 ISO9001に適合した当社の品質システムのもと、定められた精度維持管理基準・作業標準にしたがって校正が行われその結果は別紙の成績書のとおりです。

この校正にかかわる測定は、産業技術総合研究所、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関、またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

〔使用標準器〕

| 当社管理No. | 名称 | メーカー | 型名 | 校正有効期限 |
|--------------|-------------|----------------------|----------|-----------|
| P98050498 | オーディオアナライザ | 松下通信工業株式会社 | VP-7720A | 2013/06末日 |
| P88120064 | スペクトラムアナライザ | アジレント・テクノロジー株式会社(HP) | 8562A | 2013/07末日 |
| E39102000839 | デジタルオシロスコープ | 日本テクトロニクス株式会社 | TDS3054B | 2012/12末日 |
| P02010178 | デジタルマルチメータ | アジレント・テクノロジー株式会社(HP) | 34401A | 2013/08末日 |
| E49502000132 | 周波数カウンタ | アンリツ株式会社 | MF1603A | 2012/12末日 |
| P86110228 | 電子電圧計 | ROHDE&SCHWARZ | URV5 | 2013/08末日 |

