

管理番号 0123456

発行日 2020年1月1日

校正・トレーサビリティ証明書

大王電機株式会社 殿

貴社管理番号 DAIOH-0001

品名 デジタルマルチメータ

メーカー名 アジレント・テクノロジー株式会社(HP)

型名 34401A

製造番号 12345678

校正実施日 2020年1月1日

上記製品は、品質保証国際規格 ISO9001に適合した当社の品質システムのもと、定められた精度維持管理基準・作業標準にしたがって校正が行われその結果は別紙の成績書のとおりです。

この校正にかかわる測定は、産業技術総合研究所、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関、またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

〔使用標準器〕

当社管理No.	名称	メーカー	型名	校正有効期限
12345678	デジタルマルチメータ	アジレント・テクノロジー株式会社(HP)	3458A	2020/02末日
23456789	マルチファンクション校正器	株式会社 TFFフルーク社	5522A	2020/07末日

大王電機株式会社
サービスセンター

兵庫県伊丹市北伊丹9丁目80番地1